

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Dimetylu sulfotlenek

Gatunek: do chromatografii HPLC  
Nr kat. 613635510

Odbiorca: POL AURA

Seria:20/01/200102042

Data nadania serii:01/2020

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,5%	99,98%
Woda (KF)	max. 0,05%	0,01%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0003 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0004%
<b><u>UV – transmisja (1 cm, woda):</u></b>		
280 nm	min. 60,0%	60,8%
300 nm	min. 75,0%	79,4%
320 nm	min. 90,0%	91,5%
330 nm	min. 95,0%	95,7%
360 nm	min. 98,0%	98,8%
<b><u>Fluorescencja (j. chinina):</u></b>		
365 nm	max. 2 ppb	1,5 ppb

Partia: 19/03/01

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.