

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Jod (jod w jodku potasu)
0,05 mol/dm³- odważka analityczna

Odbiorca: POL-AURA
Seria: 20/01/04
Data nadania serii: 01/2020
Nr rejestrowy BDO • 000004363
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii
Nr. kat. 167431007

PARAMETR	WYMAGANIA
Stężenie roztworu jodu w jodku potasu, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy	0,0499 - 0,0501 mol/dm ³

Aby ograniczyć sublimację jodu z ampulki, fix należy przechowywać w lodówce.

CHEMPUR[®]

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.